



ESTADO DO PARÁ GOVERNO MUNICIPAL DE GARRAÃO DO NORTE SETOR DE COMPRAS



OBJETIVO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA ZERO QUILOMETRO - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE.

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	EMPRESA 1		EMPRESA 2		EMPRESA 3		TOTAL	
		RANI VEÍCULOS LTDA - EPP		MARVEL CAPANEMA LTDA - ME		VIALE AUTOMOVEIS LTDA		VALOR MEDIO TOTAL	
		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO	R\$ 175.000,00	R\$ 175.000,00	R\$ 172.500,00	R\$ 172.500,00	R\$ 169.500,00	R\$ 169.500,00	R\$ 172.333,33	R\$ 172.333,33
	ESPECIFICAÇÃO: veículo furgão original de fabrica, 0km, adap p/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. compr. total min. do salão de atend. 1,540; diesel; Equipado com todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12v (DC). As tomadas elétricas de versão manter uma dist. min. de 31 cm de qualquer tomada de oxigênio. A ilum. do camp. de atend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial deverá ser feita por no min. 4 luminarias, instaladas no teto, com diâmetro min. de 150 mm, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar com holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical. Deverá possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou formato arco ou similar, com módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha com freq. de 80 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dois cones de led. sinalizador acústico c/ amplificador de pot. mínima de 100 w RMS @13,8 Voc, min. de 3 tons distintos, sist. de megafone c/ ajuste e pressão sonora a 1 m. de no min. 100 dB @13,8 Voc; sist. fixo de oxigênio (rede integrada); contendo 1 cilindro de oxigênio de no min. 16l. . EM Suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes. equipamento com válvula pre- regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm ² e manômetro. Na região da bandeja, deará existir uma régua e possuir: fluxometro, umificador p/ 02 e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões INVOICUT normalizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfriar/quec. O compart. do motorista deverá ser fornecido c/ o sist original do fabricante do chassi ou homologado pela fabrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. p/ o compart. paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fabrica um sist de Ar condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561; sua capacidade térmica deverá ser com min. de 26.000 BTUs e unidade condensadora de teto maca retratil, com no min. 1.900 mm de compr. com a cabeceira voltada para frente, c/ pés dobráveis, sist. escamoteável, provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanhant: colchonete balaustre, deverá ter 2 pega-mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo, confeccionado em alumínio de no mínimo 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do camp., através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso, deverá ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou similar em cor clara de alta resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado. Armário, em um só lado da vistoria (lado esquerdo). As portas devem ser dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento, deverá possuir um armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproximadamente 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,70m; fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzeiros) e palavra (ambulância) no capô vidros laterais e vidros traseiros; bem como, as marcas do governo federal	1							
		R\$ 175.000,00	R\$ 175.000,00	R\$ 172.500,00	R\$ 172.500,00	R\$ 169.500,00	R\$ 169.500,00	R\$ 172.333,33	R\$ 172.333,33

Responsável

